

Valeurs d'immission des polluants atmosphériques en stations fixes, mesurées en continu

Station **Morges**

Année **2019**

Instance de mesure **ETAT DE VAUD, Direction général de l'environnement**

Personne respons./tél. **F. Coquoz / A. Niquille / 021 316 43 60**

Conversion des ppb en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ à **20** **1013** °C / hPa

Coordonnées **est en m** **nord en m** **Altitude**
2527930 / **1151547** **376** m sur mer
 Prélèvement **25** m distance à la rue **3.5** m sur terre

Type de zone		Type de station		Constructions		Charge de trafic (TJM)		Météo	
<input checked="" type="checkbox"/>	Urbain	<input type="checkbox"/>	Zone industrielle	<input type="checkbox"/>	aucune	<input type="checkbox"/>	< 5'000	<input checked="" type="checkbox"/>	Oui
<input type="checkbox"/>	Suburbain	<input type="checkbox"/>	Exposé au trafic intense	<input type="checkbox"/>	ouvert	<input type="checkbox"/>	5'000 - 20'000	<input type="checkbox"/>	Non
<input type="checkbox"/>	Rural	<input checked="" type="checkbox"/>	Site de fond	<input checked="" type="checkbox"/>	fermé latéralement	<input checked="" type="checkbox"/>	20'001 - 50'000		
<input type="checkbox"/>	Haute montagne			<input type="checkbox"/>	encaissé	<input type="checkbox"/>	> 50'000		

	Unités	Moyenne annuelle	Percent. 95% des moy. 1/2h	Moy. journal. maximum	Nb. de moy. journ. > VLI	Valeur limite d'immission			Analyseur / méthode
						Année	Jour	95%	
SO₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$					30	100	100	
NO₂	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.36	49.65	48.92	0	30	80	100	horibaAPNA370 / chemi
NO_x	ppb	15.98	41.72	50.93					horibaAPNA370 / chemi
CO	mg/m^3						8		
TSP	$\mu\text{g}/\text{m}^3$								
PM10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	13.84		52.49	1	20	50		Horiba APDA-372 E GSL / light-scat
PM2.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.33		36.24		10			Horiba APDA-372 E GSL / light-scat
PM1	$\mu\text{g}/\text{m}^3$								
Nombre de particules	1/cm ³								
EC / suie	$\mu\text{g}/\text{m}^3$								
Pb dans PM10	ng/m^3					500			
Cd dans PM10	ng/m^3					1.5			
Retombées de pous.	$\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$					200			
Pb retombée	$\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$					100			
Cd retombée	$\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$					2			
Zn retombée	$\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$					400			
TI retombée	$\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$					2			
Benzène	$\mu\text{g}/\text{m}^3$								
Toluène	$\mu\text{g}/\text{m}^3$								
COVNM	$\mu\text{g CH}_4/\text{m}^3$								
Ammoniac	$\mu\text{g}/\text{m}^3$								

Ozone Analyseur **horibaAPOA370 / UV-P**

Unité	Moyenne annuelle	Percent.98% maximum	Moy. horaire maximum	Nombre de mois où le perc. 98% > 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nombre de moy. 1h	Heures (h) et jours (d) où la moyenne horaire						Dose AOT40f en ppm-h
						> 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		> 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		> 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
						h	d	h	d	h	d	
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	56.09	176.96	209.62		7	193	40	16	5	0	0	12.68

Explications

- 1) Les caractéristiques du site de mesure conformément à l'annexe 5 des recommandations pour le mesurage des immissions de polluants atmosphériques du 1.1.2004.
- 2) Les résultats de séries de mesure incomplètes sont signalés par un astérisque. Pour les mesures jusqu'au 31.12.2003 selon les recommandations pour le mesurage des immissions du 15.1.1990, pour les données dès le 1.1.2004 les recommandations pour le mesurage du 1.1.2004.
- 3) Pour les stations situées à moins de 1500 m. d'altitude, les facteurs de conversion sont basés sur 20°C et 1013 hPa selon les recommandations du 1.1.2004. Pour les stations situées à plus de 1500 m. d'altitude, la conversion se fait sur la base des moyenne pluriannuelles de température et de pression.
- 4) AOT40f: La calculation des valeurs AOT40f selon l'annexe 4 des recommandations de mesurage des immissions du 1.1.2004. Pour l'exposition des forêts, c'est une période de 6 mois (avril à septembre) qui a été retenue. Seulement les heures avec un rayonnement global $> 50 \text{ W/m}^2$ sont retenues; si les données du rayonnement global ne sont pas disponibles, on peut prendre les moyennes horaires de 08h00 et 20h00 HEC.
- 5) Toutes les données doivent être indiqués dans les unités prescrites.
- 6) Les champs des valeurs non disponibles restent vides.